パルスオキシメータ

# PULSOX®-300

パルソックス®-300

ICU / ER / Patient Ward

外来、病棟、訪問看護、在宅医療の現場でご好評頂いておりますパルスオキシメータのPULSOXシリーズ･PULSOX-300は、用途に応じてプローブを選択いただけます。

## 特徴

●大きく視認性の高いLED表示
●軽量(56g*)で快適な着け心地 *電池含む
●3D CADにより耐衝撃性能の向上
●単4形アルカリ電池1本で約4,000回のスポット測定可能
●最長約16時間の連続測定可能
●オートパワーオフ機能付き

## ●仕様・規格

| | PULSOX®-300 |
|---|---|
| ご注文番号 | 281-0300 |
| 価　格 | 120,000円（税抜） |
| 寸　法 | 68（幅）×58（高さ）×15（中央部厚み）mm |
| 重　量 | 56g（電池を含む）※リストバンド、プローブは含みません |
| 電　源 | 単4形アルカリ電池1本（電池寿命：約16時間 連続使用可） |
| 測定方式 | 二波長脈波型動脈血酸素飽和度測定装置 |
| 測定範囲 | 酸素飽和度（SpO2）　0～100%　※70%未満は点滅表示 |
| | 脈拍数　30～230bpm |
| 測定精度 | 酸素飽和度（SpO2）　±2%　（70～100%、1S.D.） |
| | 脈拍数±2bpm（30～100bpm）または表示値の±2%（100～230bpm） |
| 表示素子 | LED |
| 表示内容 | 酸素飽和度（SpO2） |
| | 脈拍数 |
| | 脈波レベルメータ（5段階） |
| | 電池残量（残り少なくなると点灯） |
| | 各種の警告メッセージ |
| 使用温湿度範囲 | 0～40°C、相対湿度30～85%／結露しないこと |
| 保管温湿度範囲 | -10～60°C、相対湿度30～95%／結露しないこと |
| 標準付属品 | プローブ1本、リストバンド WB-300、単4形アルカリ電池1本 |

## ●選択可能な5種類のプローブ（別売）

| | フィンガークリッププローブ | スポットチェックプローブ | パーソナルプローブ |
|---|---|---|---|
| 注文番号 | 281-0303 | 281-0013 | 281-0016 / 0019 |
| 型　式 | SR-5C | SP-5C | SD-5C/SD-5C（20） |
| 価　格 | 48,000円（税抜） | 48,000円（税抜） | 40,000円（税抜） |
| 入　数 | 1個 | 1個 | 5個 |
| ケーブル長 | 30cm | 50cm | 50cm |
| 主な用途 | リハビリ／在宅 | 外来／病棟 | パーソナルユース |

| | モニタープローブ | ユニバーサルプローブ | 延長ケーブル（PULSOX®-300シリーズ用） |
|---|---|---|---|
| 注文番号 | 281-0022 | 281-0014 | 281-0026 |
| 型　式 | LM-5C | UD-5C | EC-300 |
| 価　格 | 48,000円（税抜） | 48,000円（税抜） | 15,000円（税抜） |
| 入　数 | 1個 | 1個 | 1個 |
| ケーブル長 | 30cm | 50cm | 1m |
| 主な用途 | 長時間連続測定 | 長時間連続測定 | プローブのケーブル長を1m延長 |

**安全に関するご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
●必ず指定の電池をご使用ください。
異なる電池を使用すると、火災や感電の原因となります。

認証番号：225AABZX00065000


●販売元

本　社　〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-8-7
TEL: 03(3265)4263　FAX: 03(3265)2796

●製造販売元

コニカミノルタ株式会社